

Analysereport SRA® +



PATIENT

Patientenname
ID-Nummer 4567
Alter 62
Geschlecht weiblich
Kommentar



ANWENDER

Musterklinik
Beispielstraße 1
12345 Musterstadt




SRA® ERGEBNIS

Hinweis auf manifestes Vorhofflimmern

Eine Arrhythmie, die typische Merkmale manifesten VHF's aufweist wurde erkannt.

Handlungsempfehlung: Der abgebildete EKG-Abschnitt wird durch kardiologisch qualifizierte Ärzte validiert. Die kardiologische Befundung dieses Reports wird Ihnen innerhalb der nächsten 24 Stunden (Wochenende o. Feiertag am darauffolgenden Werktag) zugestellt.

VHF = Vorhofflimmern
pVHF = paroxysmales Vorhofflimmern



Signalqualität:
Gut

SRA® viewer

Aufzeichnungsstart 18.01.2022 00:00

Eingang Daten 18.01.2022 08:45

Report erstellt am 18.01.2022 08:45

Aufzeichnungszeit insgesamt 1

Stundenabschnitte auswertbar 1

Kontakt bei Fragen oder Problemen:

info@apoplexmedical.de

+49 6331 698998 0



SRA ist nach der Richtlinie 93/42/EWG ein Medizinprodukt der Klasse I der apoplex medical technologies GmbH (Zertifiziert nach ISO 13485:2016). Zweckbestimmung: Die SRA Analyse-Software dient der vollautomatisierten Analyse von EKG-Daten unter der Zuhilfenahme eines Algorithmus für folgende Merkmale: 1) Episoden von manifestem Vorhofflimmern (absolute Arrhythmie), 2) Veränderungen im Herzrhythmus, welche Anzeichen für mögliches paroxysmales Vorhofflimmern liefern, ohne dass Episoden von manifestem Vorhofflimmern erkannt wurden. Das SRA Ergebnis ist durch einen Arzt zu verifizieren und ist keine Diagnose. Die apoplex medical technologies GmbH und deren Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für Entscheidungen, die der Anwender gestützt auf die Informationen dieses Berichtes trifft.



apoplex medical technologies GmbH
Zweibrücker Str. 185
66954 Pirmasens
Deutschland

Analysis Version 2.1.7
Env (I)2.1.11(C)2.1.5(A)2.1.7(R)2.1.22



